

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
สำหรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๑. ความต้องการ

รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS, Aluminum Alloy และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
- ๓.๒ มีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย ๒ ล้อ
- ๓.๓ มีระบบ Lock ล้อตรงอย่างน้อย ๑ ล้อ เพื่อสะดวกในการเข็น
- ๓.๔ มีชั้นใส่ยาและอุปกรณ์การแพทย์ ๕ ชั้น แต่ละชั้นมีแผ่นกั้นแบ่งช่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ๓.๕ มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่ออุปกรณ์การแพทย์ในแต่ละชั้น
- ๓.๖ มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และเพื่อป้องกันการหายของอุปกรณ์การแพทย์

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ขนาดความยาวของรถเข็น ไม่น้อยกว่า ๖๕ เซนติเมตร
- ๔.๒ ขนาดความกว้างของรถเข็น ไม่น้อยกว่า ๕๑ เซนติเมตร
- ๔.๓ ขนาดความสูงของรถเข็น ไม่น้อยกว่า ๙๘ เซนติเมตร
- ๔.๔ ชั้นที่ ๑ และ ๒ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ๕๙ x ๔๑ x ๗.๕ เซนติเมตร
- ๔.๕ ชั้นที่ ๓ และ ๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ๕๙ x ๔๑ x ๑๕ เซนติเมตร
- ๔.๖ ชั้นที่ ๕ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ๕๙ x ๔๑ x ๒๓ เซนติเมตร
- ๔.๗ ขนาดของล้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๙.๕ เซนติเมตร พร้อมระบบเบรกอย่างน้อย ๒ ล้อ

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๕.๑ ตะแกรงสำหรับใส่ถังขยะพร้อมถังขยะ
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว x สูง ๑๕ x ๒๕ x ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ ใบ
- ๕.๒ ตะแกรงสำหรับใส่ sharp container พร้อม sharp container
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว x สูง ๑๒.๕ x ๑๒.๕ x ๙ เซนติเมตร จำนวน ๑ ใบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรวม บุณยปริชายุทธ์) (นางวงเดือน ธรรมสุนทร) (นางสาวไพบยา ไสวรรณะ)

- ๕.๓ ตะแกรงสำหรับใส่สาย suction ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง x ยาว x สูง ๑๐ x ๑๐ x ๔๘ cm. จำนวน ๑ ใบ
- ๕.๔ ตะแกรงใส่ mask หรือถุงมือ ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง x ยาว x สูง ๘.๕ x ๒๖.๕ x ๑๓ cm. จำนวน ๑ ใบ
- ๕.๕ แผ่น CPR Board จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๖ ที่ใส่ถังออกซิเจน จำนวน ๑ ชิ้น

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๒ ชุด
- ๖.๓ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๔ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
- ๖.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- ๖.๖ มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่สำรองพร้อมบริการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรวม บุณยปริชายุทธ) (นางวงเดือน ธรรมสุนทร) (นางสาวไพบรียา โสวรรณะ)